

Общество с ограниченной ответственностью
«Уфаэнергоучет»

тел. (347) 241-33-99, e-mail: metrology@ufaeu.ru

регистрационный номер в реестре аккредитованных лиц
РОСС RU.0001.310083

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о поверке № С-ГЕШ/03-02-2022/133264483

Действительно до 02.02.2023

Средство измерений Измеритель параметров УЗО ПЗО-500,
рег. № 39876-08

наименование, тип, модификация средств измерений, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений, присвоенный при утверждении типа

заводской номер 0737

в составе —

поверено в полном объеме

наименование единиц величин, диапазон измерений, на которых поверено средство измерений

в соответствии с разделом 6 «Поверка» руководства по эксплуатации РАПМ.411133.001РЭ,
утвержденным ГЦИ СИ «Воентест» 32 «ГНИИИ» МО РФ в ноябре 2008 г., с изменением
№ 1, утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 19.02.2014 г.

наименование или обозначение документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: Калибратор-вольтметр универсальный В1-28, рег. № 10759-86, зав.
№ 0188, -I 1 p., ~I 2 p., -U 3 p., ~U 3 p., R 4 p.; Калибратор времени отключения УЗО ERS-2,
рег. № 32500-12, зав. № 97; Магазин электрического сопротивления Р4834, рег. № 11326-90,
зав. № 9205, 4 p.; Магазин меры сопротивления петли короткого замыкания ММС-1, рег.
№ 37541-13, зав. № 310067, 4 p.; Омметр цифровой Ц306, рег. № 10983-87, зав. № 0578, 4 p.

регистрационный номер и (или) наименование, тип, заводской номер, разряд, класс или погрешность эталона, применяемого при поверке

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха 22 ° С,
относительная влажность воздуха 41 %, атмосферное давление 100,1 кПа.

перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной (периодической) поверки признано пригодным к применению.

номер записи сведений о результатах поверки в ФИФ ОЕИ: 133264483

Знак поверки:



Начальник лаборатории
должность руководителя или уполномоченного лица

Поверитель

Дата поверки 03.02.2022

подпись

Галимов Айрат Ишдавлетович
фамилия, имя и отчество (при наличии)

Малышев Леонид Николаевич
фамилия, имя и отчество (при наличии)